



TECHNOLOGY
TQMitaca

INTEGRATED SOLUTIONS FOR MEASURING

Gestione taratura strumenti di misura - Master 6

Master 6 è il software per gestire l'archiviazione e la certificazione periodica degli strumenti di misura. E' compatibile con sistemi operativi a 32 e 64 bit (min. Win 7).

Si appoggia a un database formato MS SQL.

L'accesso a Master 6 è gestito con password e i permessi operativi sono personalizzabili per ogni utente. Il software è dotato di una serie di strumenti che ne semplificano l'utilizzo.

Ogni strumento avrà la propria scheda, dove sono specificate le quote da controllare.

E' possibile gestire master interni usati per la certificazione degli altri strumenti. Sono gestite le certificazioni esterne con possibilità di allegare i certificati esterni.

La lista globale evidenzia lo stato strumento con diverse colorazioni. Dalla lista globale si ha accesso a tutte le funzioni disponibili.




TQM Itaca

TECHNOLOGY

INTEGRATED SOLUTIONS FOR MEASURING



Gestione taratura strumenti di misura - Master 6



E' disponibile lo scadenziario grafico delle certificazioni, con possibilità di stampa lista strumenti in scadenza, scaduti, etc...

E' disponibile un'ampia gamma di filtri, per ordinamenti e ricerche, con possibilità di stampa delle liste strumenti dopo applicazione dei filtri.

Sono disponibili vari strumenti di Analisi:





TQM Itaca

TECHNOLOGY

INTEGRATED SOLUTIONS FOR MEASURING

Gestione taratura strumenti di misura - Master 6

Certificazione strumento

Matricola strumento: **KCC00105**

Certificazioni | Storico | Analisi strumento

N°	Caratteristica	Valore	Limite inferiore	Limite superiore	Noninalità	Scostamento inferiore	Scostamento superiore	Logarit	Unità di misura	Principio
1	Verifiche preliminari	Attributo	SINO			0	0	0		
2	Parallelismo becchi x esterni	Variable	Bilaterale	-0.04	0.04	0	-0.04	0.04	0 mm	
3	Step n°1	Variable	Bilaterale	20.16	20.24	20.2	-0.04	0.04	0 mm	
4	Step n°2	Variable	Bilaterale	60.26	60.34	60.3	-0.04	0.04	0 mm	
5	Step n°3	Variable	Bilaterale	102.46	102.54	102.5	-0.04	0.04	0 mm	
6	Step n°4	Variable	Bilaterale	142.56	142.64	142.6	-0.04	0.04	0 mm	
7	Step n°5	Variable	Bilaterale	185.26	185.34	185.3	-0.04	0.04	0 mm	
8	Step becchi x interni	Variable	Bilaterale	49.96	50.04	50	-0.04	0.04	0 mm	

Data certificazione: **02/04/2014** ☐ Stampa report al termine della certificazione

Operatore: **TQM** Riferimento nome:

Campione di riferimento: Strumento utilizzato:

Num. certificato del campione: Note:

Incertezza di misura (mm): **0.00020**

☐ Allega certificato esterno Allegando un certificato esterno, non è obbligatorio compilare i valori di misura della quota.

Numero certificato: Ente di taratura:

Tipo certificato: Percorso allegato:

Documento collegato alla famiglia dello strumento:

La certificazione strumento è semplificata, con procedura guidata. Sono gestite le certificazioni esterne con possibilità di salvare i certificati dei laboratori esterni.

Certificazione strumento

Matricola strumento: **KCC00105**

Certificazioni | Storico | Analisi strumento

Data certificazione: **02/04/2014**

Data	Quota	Valore	LSI	LSS
02/04/2012	1	Verifiche preliminari		
02/04/2012	1	Parallelismo becchi x esterni	-0.04	0.04
02/04/2012	1	Step n°1	20.16	20.24
02/04/2012	1	Step n°2	60.26	60.34
02/04/2012	1	Step n°3	102.51	102.53
02/04/2012	1	Step n°4	142.61	142.63
02/04/2012	1	Step n°5	185.32	185.33
02/04/2012	1	Step becchi x interni	49.97	50.03
02/04/2013	2	Verifiche preliminari		
02/04/2013	2	Parallelismo becchi x esterni	-0.02	0.04
02/04/2013	2	Step n°1	20.2	20.23
02/04/2013	2	Step n°2	60.3	60.33
02/04/2013	2	Step n°3	102.5	102.53
02/04/2013	2	Step n°4	142.6	142.63
02/04/2013	2	Step n°5	185.3	185.33
02/04/2013	2	Step becchi x interni	49.97	50.03
02/04/2014	3	Verifiche preliminari		
02/04/2014	3	Parallelismo becchi x esterni	-0.04	0.04
02/04/2014	3	Step n°1	20.16	20.24
02/04/2014	3	Step n°2	60.26	60.34
02/04/2014	3	Step n°3	102.51	102.53
02/04/2014	3	Step n°4	142.61	142.63
02/04/2014	3	Step n°5	185.32	185.33
02/04/2014	3	Step becchi x interni	49.97	50.03
02/04/2015	4	Verifiche preliminari		
02/04/2015	4	Parallelismo becchi x esterni	-0.04	0.04
02/04/2015	4	Step n°1	20.16	20.24
02/04/2015	4	Step n°2	60.26	60.34
02/04/2015	4	Step n°3	102.51	102.53
02/04/2015	4	Step n°4	142.61	142.63
02/04/2015	4	Step n°5	185.32	185.33
02/04/2015	4	Step becchi x interni	49.97	50.03

Operatore: **TQM** Riferimento nome:

Campione di riferimento: Strumento utilizzato:

Num. certificato del campione: Note:

Incertezza di misura (mm):

☐ Certificato esterno allegato

Numero certificato: Durata certificazione (sec):

Tipo certificato: Ente di taratura:

Percorso allegato:

